

# Información de productos

## Puesto de verificación manual para relojes comparadores Precimar ICM 25

### Volumen de suministro

Aparato indicador C 1202 +  
Módulo de medición N 1702 VSS,  
Casquillo adaptador BU-197,  
Vástago de sujeción 800a3/8

### Aplicación

Para la comprobación de:

- Relojes comparadores (analógicos y digitales)
- Comparadores de precisión (analógicos y digitales)
- Comparadores de palanca (analógicos y digitales)
- Palpadores de medición inductivos e incrementales



N.º de referencia: **2062722**

### Datos técnicos

<b>Desviación de la medición de longitudes <math>MPE_{E1}</math> (L en mm) [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	$\pm 0,2$
---	-----------

### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102603	Cable de transmisión de datos USB bidireccional	DK-U1
4102058	Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición con conector jack de 3,5 mm	16 ESf