

Información de productos

Puesto de verificación manual para relojes comparadores Precimar ICM 25

Volumen de suministro

Aparato indicador C 1202 +
Módulo de medición N 1702 VSS,
Casquillo adaptador BU-197,
Vástago de sujeción 800a3/8

Aplicación

Para la comprobación de:

- Relojes comparadores (analógicos y digitales)
- Comparadores de precisión (analógicos y digitales)
- Comparadores de palanca (analógicos y digitales)
- Palpadores de medición inductivos e incrementales



N.º de referencia: **2062722**

Datos técnicos

Desviación de la medición de longitudes MPE_{E1} (L en mm) [µm]	±0,2
---	------

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102603	Cable de transmisión de datos USB bidireccional	DK-U1
4102058	Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición con conector jack de 3,5 mm	16 ESf